

## **OSVĚDČENÍ O PROFYLAKTICKÉ KONTROLE A PROVEDENÍ ZKOUŠEK PROVOZNÍ STÁLOSTI**

Sériové číslo / zákazník: **610030 / 660**  
Majitel: **FINAPRA Development a.s.**  
Přístroj: **GoldXpert**  
Datum provedení kontroly: **20.4.2026**  
Kontrolu provedl: **Antonín Hloušek**  
Kontrola provedena v: **BAS Rudice spol. s r.o., U Vodárny 1, 678 01 Blansko**

<b>Činnost</b>	<b>Stav</b>
Vnější servisní kontrola	<b>OK</b>
Vnitřní servisní kontrola	<b>OK</b>
Ověření všech funkcí přístroje	<b>OK</b>
Kontrola neporušenosti analytického okénka	<b>OK</b>
Kontrola správné funkce spouště	<b>OK</b>
Kontrola funkce bezpečnostních prvků přístroje	<b>OK</b>
Kontrola funkcí elektroniky přístroje	<b>OK</b>
Protokol o ověření kalibrace spektrometru	<b>Protokol 2026-0392-IX ze dne 20.4.2026</b>
Odměření a kontrola energiových spekter	<b>OK</b>
Dostavení HW parametrů přístroje	<b>OK</b>
SW záloha	<b>OK</b>

### **Vyjádření:**

Spektrometr GoldXpert S/N 610030 se svým aktuálním technickým stavem a parametry shoduje s typově schváleným analyzátozem. Při provedení zkoušek provozní stálosti nebyly zjištěny nedostatky nebo závady, které by bránily bezpečnému a správnému používání analyzátoru.

Příští profylaktická kontrola a provedení zkoušek provozní stálosti: **do 20.4.2027**

V Blansku dne 20.4.2026

**BAS RUDICE**  
spol. s r. o.  
679 06 Rudice 194

Antonín Hloušek  
servisní technik